



NACZELNIK
OBWODOWEGO URZĘDU MIAR w KRAKOWIE

31-525 Kraków ul. Gen. Chłopickiego 4 tel./fax: (012) 411-80-93, tel: (012) 417-36-24
e-mail :oum.krakow.krakow@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

**PRZEDMIOT
LEGALIZACJI**

Waga nieautomatyczna, elektroniczna

Znak fabr. SAW 10 C Nr fabr. CH 95 3146 Rok produkcji —

Wytwórca: IRD PAT TRAFFIC

-obciążenie maksymalne Max = 10 000 kg

-obciążenie minimalne Min = 500 kg

-działka elementarna d = 50 kg

-działka legalizacyjna e = 50 kg

-klasa dokładności IIII

-zasilanie 6 × 1,5 V

WNIOSKODAWCA

P.P.U.H. WAGA Dorota Bajkowska

32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 15

wykonawca naprawy

**MIEJSCE
UŻYTKOWANIA**

nie dotyczy

WYMAGANIA

Zarządzenie nr 40 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 grudnia 1994 roku w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o wagach nieautomatycznych klasy dokładności 2,3 i 4 ogólnego przeznaczenia (Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa Nr 10 poz. 233). <na podstawie art. 29a Ustawy Prawo o miarach (Dz.U. nr 63 z 2001 r. poz. 636 z późniejszymi zmianami)>

**ZAKRES
SPRAWDZEŃ**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 26 poz. 152)

**STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

**MIEJSCE
UMIESZCZENIA
CECH**

Cechę legalizacji 2PL1-15-V umieszczono częściowo na tabliczce

znamionowej i obudowie wagi

Cechy zabezpieczające 2PL1 w liczbie 1 umieszczono na:

-zabezpieczeniu dostępu do adjustacji wagi.

**OKRES WAŻNOŚCI
LEGALIZACJI**


Legalizacja jest ważna do dnia 31 maja 2017 roku

ZNAK WNIOSKU

21/ 1042 / 2015

Data wystawienia

18-05-2015 r.



z up. Naczelnika
Obw. Urzędu Miar w Krakowie

INSPEKTOR

.....