




**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w POZNANIU**

61-893 Poznań, ul. Krakowska 19, tel. 61 856 72 40 , fax 61 855 22 02, e-mail: oum.poznan@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZEDMIOT LEGALIZACJI	<p>Waga nieautomatyczna klasy dokładności IIII – elektroniczna; producent: IRD Inc.; rok produkcji: 2014; znak fabryczny: SAW 10C/II; znak typu WE: D98-09-008; nr fabr.: 857009.</p> <p>Charakterystyka przyrządu:</p> <table><tr><td>- obciążenie maksymalne</td><td>Max = 10000 kg</td></tr><tr><td>- obciążenie minimalne</td><td>Min = 500 kg</td></tr><tr><td>- działka elementarna</td><td>d = 50 kg</td></tr><tr><td>- działka legalizacyjna</td><td>e = 50 kg</td></tr></table>	- obciążenie maksymalne	Max = 10000 kg	- obciążenie minimalne	Min = 500 kg	- działka elementarna	d = 50 kg	- działka legalizacyjna	e = 50 kg
- obciążenie maksymalne	Max = 10000 kg								
- obciążenie minimalne	Min = 500 kg								
- działka elementarna	d = 50 kg								
- działka legalizacyjna	e = 50 kg								
WNIOSKODAWCA	<p>Cat Traffic Sp. z o.o. 60-586 Poznań, ul. Botaniczna 10 (wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego)</p>								
WYMAGANIA	<p>Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).</p>								
ZAKRES SPRAWDZEŃ	<p>Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).</p>								
STWIERDZENIE ZGODNOŚCI	<p>W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.</p>								
MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH	<p>Cechę legalizacji o treści „4PL*/17” i „4PL*/I” w postaci plomb ołowianych (2 szt.) umieszczono na śrubie umieszczonej przy tabliczce znamionowej. Cechę zabezpieczającą w postaci plomby ołowianej o treści „4PL*/4PL**” umieszczono na dostępie do adiustacji wagi.</p>								
OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI	<p>Legalizacja jest ważna do dnia 31 stycznia 2019 r.</p>								
ZNAK WNIOSKU	<p>WO.43-313/16</p>								

Data wystawienia: 11 stycznia 2017 r.



Z urzędu
Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
Kierownik Pracowni Pomiarów
Masy, Siły i Twardości
mgr Mikołaj Król Lewicz