



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w POZNANIU**

61-893 Poznań, ul. Krakowska 19, tel. 61 856 72 40 , fax 61 855 22 02, e-mail: oum.poznan@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

**PRZEDMIOT
LEGALIZACJI**

Waga nieautomatyczna klasy dokładności IIII – elektroniczna; producent: IRD Inc.; rok produkcji: 2014; znak fabryczny: SAW 10C/II; znak typu WE: D98-09-008; nr fabr.: 857016.

Charakterystyka przyrządu:

- obciążenie maksymalne	Max = 10000 kg
- obciążenie minimalne	Min = 500 kg
- działka elementarna	d = 50 kg
- działka legalizacyjna	e = 50 kg

WNIOSKODAWCA

Cat Traffic Sp. z o.o.
60-586 Poznań, ul. Botaniczna 10
(wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego)

WYMAGANIA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

**ZAKRES
SPRAWDZEŃ**

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

**STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

**MIEJSCA
UMIESZCZENIA CECH**

Cechę legalizacji o treści „4PL*/16” i „4PL*/X” w postaci plomb ołowianych (2 szt.) umieszczono na śrubie umieszczonej przy tabliczce znamionowej.
Cechę zabezpieczającą w postaci plomby ołowianej o treści „4PL*/4PL*” umieszczono na dostępie do adiustacji wagi.

**OKRES WAŻNOŚCI
LEGALIZACJI**

Legalizacja jest ważna do dnia 31 października 2018 r.

ZNAK WNIOSKU

WO.43-250/16

Data wystawienia: 24 października 2016 r.



z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
Kierownik Pracowni Pomiarów
Masy, Siły i Twardości

mgr *Mikołaj Królakiewicz*