



NACZELNIK
OBWODOWEGO URZĘDU MIAR w NYSIE

48-300 Nysa, ul. Wita Stwosza 9, tel./fax 77-433-34-46,

e-mail: oum.wroclaw.nysa@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZEDMIOT LEGALIZACJI

Waga nieautomatyczna elektroniczna PW-10 z oprogramowaniem Tenzováchy

Nazwa lub znak producenta: Tenzováhy, s.r.o., Olomouc Czechy

Numer fabryczny: 31/15

Nr platformy 1: 20140910738,

Nr platformy 2: 20140910739

Rok produkcji: 2015

Znak typu: TCM 128/04-4103

Decyzja nr: - - -

obciążenie maksymalne

Max = 20000 kg / oś

10000 kg / koło

obciążenie minimalne

Min = 500 kg / oś

200 kg / koło

działka legalizacyjna

e = 50 kg / oś

20 kg / koło

działka elementarna

d = 50 kg / oś

20 kg / koło

klasa dokładności

III

WNIOSKODAWCA

MIARY I WAGI Tomasz Kogut Spółka Jawna,
ul. Smaków 9, 49-318 Skarbimierz - Osiedle – naprawca.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA LUB MIEJSCE UŻYTKOWANIA

- - -

WYMAGANIA ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia wymagania

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji 3PL8 15 XII umieszczono częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika wagi.

Cechy zabezpieczające 3PL8 w liczbie 4 umieszczono na :

- połączeniu dwóch części obudowy miernika wagi – 2 szt.,
- obudowie każdej z dwóch platform ważących wagi – 2 szt.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 31 grudnia 2017 r.

ZNAK WNIOSKU

Obw.UM8/400-585/15

Data wystawienia:

10 grudnia 2015 r.



NACZELNIK
Obwodowego Urzędu Miar
w Nysie

mgr inż. Andrzej Rybotycki

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.